

Turbidimètre T2020 ISO WI



RÉF. 32L1970-ISO

Appareil de mesure portable pour l'analyse sur le terrain de la turbidité de l'eau.

Le turbidimètre T2020 est un appareil portable, fonctionnant sur pile ou sur secteur 220V. Il est d'un emploi simple et pratique. Il permet la mesure de la turbidité d'un échantillon dans une gamme comprise entre 0 à 4000 NTU (conforme à la norme ISO 7027).

2020we/wi TURBIDIMETER



CONFORME À LA NORME ISO 7027 STANDARD

Alimentation : Lithium ion rechargeable
Interface : port USB
Étanche IP67
Port USB
7 langues
Ecran rétro-éclairé
Versions EPA et ISO
Kit fourni avec standard 0, 1 et 10 NTU
6 cuves, câble USB

MATÉRIEL

- Un turbidimètre T2020WI
- Six cuves de mesure 25 mm
- Solutions étalon 0 NTU, 1 NTU et 10 NTU
- Un adaptateur 220 V

Gamme de mesure	0 à 4000 NTU
Sélection de la gamme	Automatique
Limite de détection	0,05 NTU
Détection	Photodiode à 90°
Unité de mesure	2020WE: NTU, UA, ASBC, EBC 2020WI: FNU, FAU, ASBC, EBC
Gamme	0-4000 NTU / FNU, 0-10,500 ASBC, 0-150 EBC
Résolution	0,01 NTU / FNU 10,00 à 10,99 0,1 NTU / FNU 11,00 à 109,9 1 NTU / FNU 110-4000
Précision	De 0 à 2,5 NTU la précision est de $\pm 0,05$ NTU De 2,5 à 100 NTU la précision est de $\pm 2\%$ De 100 NTU la précision est de $\pm 3\%$
Reproductibilité	0,02 NTU / FNU ou 1%
Source de lumière	Tungsten (EPA) est conforme à la norme EPA 180.1 860 LED (ISO) est conforme à la norme ISO 7027

CIFEC

12 bis rue du Commandant Pilot | F 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Tél. +33 (0)1 4640 4949 | Fax. +33 (0)1 4640 0087
info@cifec.fr | www.cifec.fr | www.shop.cifec.fr

Accessoires et pièces de rechange

Adaptateur secteur pour TC3000	32500098
Cuve 10ml pour TC3000	32500091
Goupillon pour cuve 10 ml	31010044
Anneau de calage pour cuve turbidité	32500099
Agitateurs plastiques, lot de 10	31010050
Papiers essuie-cuves (absorbant A3, 10 feuilles)	31010070A
Papiers essuie-cuves (absorbant A3, 56 feuilles)	31010070B
Boîte de papier Kimwipps	321012
Godet plastique jaugé 50-100 ml	31010047
Godet plastique jaugé 20-40-60-80-100 ml	31010066
Pile 9 Volts Alcaline (+10°C à +70°C)	32500042AL
Pile 9 Volts Lithium (-20°C à +70°C)	32500042LI
Sablier chlore total 2 minutes	31010009
Seringue de 5 ml	31010055
Seringue de 10 ml	31010056
Seringue de 20 ml	31010057
Seringue de 60 ml	31010058
Standard Chlore pour TC3000	32500116
Etalonnage photomètre CIFEC	32500052

Turbidimètre T 2020 ISO WE avec :

- quatre cuves de mesure
- un flacon de prélèvement
- une solution étalon ONTU
- une solution étalon 1NTU
- une solution étalon 10 NTU
- une pile 9 Volts
- une batterie Lithium
- une alimentation 220V

L'ensemble présenté dans une mallette.

Réf. 32500109

Réactifs

TURBIDITÉ

Solution Etalon 0 NTU, flacon de 60 ml	32500105
Solution Etalon 1 NTU, flacon de 60 ml	32500131
Solution Etalon 10 NTU, flacon de 60 ml	32500130
Solution Etalon 100 NTU, flacon de 60 ml	32500132